






**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Solo opere la báscula en lugares secos.
- No opere la báscula en lugares peligrosos.
- No deje caer ni sobrecargue la balanza.
- Al operar la báscula desde la red eléctrica, solo use el AC Adaptador especificado por Ohaus.




**INSTALAÇÃO**

- Retire el inserto protector de transporte de plástico (modelo 0.1g solamente) para su uso. Guarde el inserto de plástico para garantizar un transporte seguro. Ver figura 1.
- Retirez le couvercle de la batterie situé au bas de la balance et insérez les 3 piles LR6 (AA) dans le compartiment à piles.
- Ver figura 2.

**TECLADO DE DOS BOTONES**

- Presione  para encender la báscula.
- Pulsación larga  para apagar la báscula.
- Presione  para establecer cero.
- Presione  para cambiar unidades.
- Pulsación larga  para iniciar la calibración.

**CALIBRATION**

1. Mantenga presionado  hasta que aparezca [tRL].
2. Presione  para establecer el punto cero.
3. Cuando se muestre [Cxxx], coloque xxx g de peso en la plataforma.
4. Presione  para establecer el punto de span.
5. Después de la calibración, la pantalla vuelve a pesar.

**Nota:**



[tRL E] aparecerá si no se siguen los pasos de calibración o se utilizó el peso incorrecto.

Al apagar la báscula, se cancela la calibración.

**MANTENIMIENTO**

- Las superficies exteriores del instrumento se pueden limpiar con un paño humedecido con agua y un detergente suave. No use disolventes, productos químicos fuertes, amoníaco o agentes de limpieza abrasivos.
- Registre su báscula bajo *Registro de garantía* en [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- Para problemas técnicos, póngase en contacto con un agente de servicio autorizado de Ohaus. Visite nuestro sitio web [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) para ubicar la oficina de Ohaus más cercana a usted.

**CONFORMIDAD**

	Este producto se conforma con las Directivas 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) y 2014/35/EU (LVD). La declaración de conformidad de la UE está disponible en línea en <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Este producto cumple con la Directiva 2012/19/EU (RAEE). Para obtener instrucciones sobre eliminación en Europa, consulte <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>






**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

- N'utilisez la balance que dans des endroits secs.
- N'utilisez pas la balance dans des endroits dangereux.
- Ne laissez pas tomber ou ne surchargez pas la balance.
- Lors de l'utilisation de la balance à partir du secteur, n'utilisez que le courant alternatif adaptateur spécifié par Ohaus.




**INSTALLATION**

- Retirez l'insert de protection de transport en plastique (modèle 0,1 g seulement) pour l'utiliser. Conservez l'insert en plastique pour un transport en toute sécurité. Voir la figure 1.
- Retirez le couvercle de la batterie situé au bas de la balance et insérez les 3 piles LR6 (AA) dans le compartiment à piles. Voir la figure 2.

**CLAVIER À DEUX BOUTON**

- Appuyez  sur pour allumer la balance.
- Appuyez longuement  pour éteindre la balance.
- Appuyez  sur pour mettre à zéro.
- Appuyez  sur pour changer d'unité.
- Appuyez longuement  pour commencer l'étalonnage.

**ÉTALONNAGE**

1. Appuyez longuement  sur jusqu'à ce que [tRL] s'affiche.
2. Appuyez  sur pour définir le point zéro.
3. Lorsque [Cxxx] est affiché, placez xxx g poids sur la plate-forme.
4. Appuyez  sur pour définir le point d'échelle.
5. Après le calibrage, l'affichage revient à la pesée.

**Remarque:**



[tRL E] apparaît si les étapes d'étalonnage ne sont pas suivies ou si le mauvais poids a été utilisé.

Éteindre la balance annule l'étalonnage.

**ENTRETIEN**

- Les surfaces extérieures de l'instrument peuvent être nettoyées avec un chiffon humidifié avec de l'eau et un détergent doux. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques agressifs, d'ammoniaque ou d'agents nettoyants abrasifs.
- Enregistrez votre balance sous *Enregistrement de garantie* sur [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).
- Pour des problèmes techniques, contactez un agent de service agréé Ohaus. Veuillez visiter notre site Web [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) pour localiser le bureau Ohaus le plus proche.

**CONFORMITÉ**

	Ce produit est conforme aux directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) et 2014/35/EU (LVD). La déclaration de conformité UE est disponible en ligne sur <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a>
	Ce produit est conforme à la directive 2012/19/EU (DEEE). Pour les instructions de mise au rebut en Europe, consultez le site <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a>



# Compass™ CR Series Scale Quick Start Guide



99 Washington Street  
Melrose, MA 02176  
Phone 781-665-1400  
Toll Free 1-800-517-8431








**SAFETY PRECAUTIONS**

- Only operate the scale in dry locations.
- Do not operate the scale in hazardous locations.
- Do not drop or overload the scale.
- When operating the scale from mains power, only use the AC Adapter specified by Ohaus.




**INSTALLATION**

- Remove the plastic transportation protective insert (0.1g model only) for use. Save the plastic insert to ensure safe transport. See figure 1.
- Remove the battery cover on bottom of the scale and insert the 3 LR6 (AA) batteries into the battery compartment. See figure 2.

**TWO BUTTON KEYPAD**

- Press  to turn the scale on.
- Long press  to turn the scale off.
- Press  to set zero.
- Press  to change units.
- Long press  to start calibration.

**CALIBRATION**

1. Long press  until [CAL] is displayed.
2. Press  to set the zero point.
3. When [Cxxx] is displayed, place xxx g weight on the platform.
4. Press  to set the span point.
5. After calibration, the display returns to weighing.

**Note:**

[CAL E] will appear if the calibration steps are not followed or the wrong weight was used.



Turning the scale off aborts calibration.

**MAINTENANCE**

- The exterior surfaces of the instrument may be cleaned with a cloth dampened with water and a mild detergent. Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.
- Register your scale under *Warranty Registration* at [www.ohaus.com/support](http://www.ohaus.com/support).

For technical issues contact an Authorized OHAUS Service Agent. Please visit our website [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) to locate the OHAUS office nearest you.

**COMPLIANCE**

	This product complies with Directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) and 2014/35/EU (LVD). The EU Declaration of Conformity is available online at <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a> .
	This product complies with the EU Directive 2012/19/EU (WEEE). For disposal instructions in Europe, refer to <a href="http://www.ohaus.com/wEEE">www.ohaus.com/wEEE</a>

**FCC NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by OHAUS Corporation could void the user's authority to operate the equipment.



Figure 1 / Figura 1 / Figure 1





Figure 2 / Figura 2 / Figure 2

**Technical Data / Datos Técnicos / Données Techniques**

Models	Max	d
CR221	220 g	0.1 g
CR621	620 g	0.1 g
CR2200	2200 g	1 g
CR5200	5200 g	1 g

Please scan the below QR code to download the user manual:



P/N 30467749 B © 2018 Ohaus Corporation, all rights reserved.  
Printed in China



99 Washington Street  
Melrose, MA 02176  
Phone 781-665-1400  
Toll Free 1-800-517-8431

Visit us at [www.TestEquipmentDepot.com](http://www.TestEquipmentDepot.com)